



Hemmkörper-Suchtest

	Nachweis von Antikörpern gegen Gerinnungsfaktoren
Material	<u>Citrat-Plasma, 5 mL, tiefgefroren (-20 °C)</u>
<u>Referenzbereich</u>	nicht nachweisbar
Methode	<u>PHOT</u>
Qualitätskontrolle	<u>Zertifikat</u>
Siehe auch	<u>Gerinnungsinhibitoren</u>
<u>Anforderungsschein</u>	<u>Download</u> und <u>Analysenposition</u>
	<u>Download</u> und <u>Analysenposition</u>
Auskünfte	<u>Klinische Chemie und Toxikologie</u>