



Interleukin 10

Material	<u>Serum</u> oder <u>Heparin-Plasma</u> , 1 <u>mL</u> , <u>tiefgefroren</u> (-20 °C)
<u>Referenzbereich</u>	< 9,1 pg/mL
Methode	<u>CLIA</u>
Qualitätskontrolle	Zertifikat
<u>Anforderungsschein</u>	<u>Download</u> und <u>Analysenposition</u>
Auskünfte	<u>Endokrinologie / RIA-Labor</u>