



## Isoagglutinine

**Testparameter** anti-A<sub>1</sub>

anti-B

**Material** Serum, 1 mL

**Referenzbereich**

<b>Blutgruppe</b>	
0 oder B	anti-A <sub>1</sub> > 1 : 16 <u>Titer-E</u>
0 oder A	anti-B > 1 : 16 Titer-E

**Methode** AGGL

**Qualitätskontrolle** intern

**Auskünfte** Klinische Chemie und Toxikologie