



Molybdän

Hinweis Die Untersuchung auf Molybdän wurde am 01.04.2008 aus dem Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenkasse (EBM) gestrichen, daher nur Privatabrechnung möglich.

Testparameter Molybdän (EDTA-Blut)
Molybdän (Serum)
Molybdän (Urin)

Material EDTA-Blut, 2,7 mL (Blutbildröhrchen)
Serum, 1 mL
Urin, 10 mL

<u>Referenzbereich</u>	<u>[µg/L]</u>
Blut	1,0 - 10,0
Serum	1,0 - 3,0
Urin	10,0 - 16,0

Methode AAS

Qualitätskontrolle intern

Anforderungsschein Download und Analysenposition

Auskünfte Klinische Chemie und Toxikologie