



Neuronukleäre Autoantikörper Typ 3

Material	Serum: <u>EDTA-</u> oder <u>Heparin-Plasma</u> , 1 mL Liquor , 1 mL
Referenzbereich	Serum: 1 : < 20 Liquor: 1 : < 2
Methode	<u>IIFT</u>
Qualitätskontrolle	<u>UK Negas</u>
Siehe auch	► <u>Autoantikörper-Tabelle - Neurologische Erkrankungen</u> (Laborinformation 2008)
Anforderungsschein	<u>Download</u> und <u>Analysenposition</u> (Autoantikörper) <u>Download</u> und <u>Analysenposition</u> (Neurologische Erkrankungen)
Auskünfte	<u>Autoimmundiagnostik</u>
Indikationen und Immunpathologie	► siehe <u>https://hpseelig.de</u>