



Nickel

Testparameter Nickel (Serum)

Nickel (Urin)

Material Serum, 1 mL

Urin, 10 mL

Referenzbereich

	[µg/L]
Serum	< 2
Urin	< 5

Methode AAS

Qualitätskontrolle Zertifikat Serum Zertifikat Urin

Anforderungsschein Download und Analysenposition

Auskünfte Klinische Chemie und Toxikologie