



Thyreoglobulin-Autoantikörper

Material	<u>Serum</u> , EDTA- oder Heparin-Plasma, 1 mL
Referenzbereich	< 4,0 IU/mL
Methode	LIA
Qualitätskontrolle	<u>Zertifikat</u>
Siehe auch	▶ <u>Diabetes mellitus Typ 1 (DM1) assoziierte Autoimmunerkrankungen</u> (Laborinformation 2007)
Anforderungsschein	<u>Download</u> und <u>Analysenposition</u>
Auskünfte	<u>Autoimmundiagnostik</u>
Indikationen und Immunpathologie	▶ siehe https://hpseelig.de