



Thyreoglobulin

Material	<u>Serum, 1 mL</u>
Referenzbereich	normal < 61,3 ng/mL postoperativ < 0,2 ng/mL
Methode	<u>TRACE</u>
Qualitätskontrolle	<u>Zertifikat</u>
Störfaktoren	Nach Therapie mit monoklonalen Antikörpern oder Immunszintigraphie falsch erhöhte Werte durch anti-Maus-Immunglobuline möglich.
Anforderungsschein	<u>Download</u> und <u>Analysenposition</u>
Auskünfte	<u>Endokrinologie / RIA-Labor</u>
Erhöhte Werte	<ul style="list-style-type: none">▶ maligne Ursachen: Schilddrüsen-Karzinom (vorwiegend follikuläres Karzinom)▶ benigne Ursachen: Schilddrüsen-Entzündungen▶ falsch erhöht: Anti-Maus-Immunglobulin-Antikörper, Thyreoglobulin-Autoantikörper