



Titin-Autoantikörper

Testparameter	anti-Titin-IgG
Material	Serum , <u>EDTA-</u> oder <u>Heparin-Plasma</u> , 1 mL
<u>Referenzbereich</u>	< 1,25 nmol/L
Methode	EIDA
Qualitätskontrolle	<u>Zertifikat</u>
Siehe auch	► <u>Autoantikörper-Tabelle - Neurologische Erkrankungen</u> (Laborinformation 2008)
<u>Anforderungsschein</u>	<u>Download</u> und <u>Analysenposition</u> (Autoantikörper) <u>Download</u> und <u>Analysenposition</u> (Neurologische Erkrankungen)
Auskünfte	<u>Autoimmundiagnostik</u>
Indikationen und Immunpathologie	► siehe https://hpseelig.de