



U1-snRNP-Autoantikörper

Testparameter	anti-U1RNP (Phadia ELIA) anti-U1-70K (Phadia ELIA) anti-U1-A (WB) anti-U1-C (WB)
Material	<u>Serum</u> , <u>EDTA-</u> oder <u>Heparin-Plasma</u> , 1 ml
Referenzbereich	Phadia ELIA: anti-U1-RNP < 5 U/ml Grauzone 5 - 10 anti-U1-70K < 7 U/ml Grauzone 7 - 10 WB: anti-U1 - A negativ anti U1 - C negativ
Methode	Phadia ELIA, <u>WB</u>
Qualitätskontrolle	<u>Zertifikat</u>
Siehe auch	▶ <u>ENA-Suchtest</u> ▶ <u>Autoantikörper-Tabelle – ANA-Diagnostik</u> (Laborinformation 2012)
Anforderungsschein	<u>Download</u> und <u>Analysenposition</u>
Auskünfte	<u>Autoimmundiagnostik</u>
Indikationen und Immunpathologie	▶ siehe https://hpseelig.de